

**Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego
nr Naber Polska/11/2018/1.4.4
z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

dotyczącego zamówienia na dostawę urządzenia laboratoryjnego (kontrolno-pomiarowego) – **Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer lub równoważny**, w ramach projektu pod nazwą „Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację wyrobów oraz dostosowanie możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień i konfekcjonowania do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z zadaniem pytaniem w dniu 27 kwietnia 2018r., poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

PYTANIE:

1. Uprzejmie proszę o jednoznaczne określenie czy oferta ma dotyczyć urządzenia mierzącego rozkład cząstek wyłącznie na sucho, czy też na mokro i na sucho.
2. Z uwagi na fakt, iż dopuszczacie ofertę na urządzenie o zakresie pomiarowym 0,4 μm do 1000 μm , lub o zakresie pomiarowym 0,5 do 350 μm , pytam, czy zaoferowanie aparatu o wyróżnionym (którym) zakresie pomiarowym będzie uznane za lepsze, a tym samym jego ocena będzie wyższa, czy też nie będzie to brane pod uwagę przy ocenie ofert?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1. Oferta powinna dotyczyć urządzenia mierzącego rozkład cząstek na sucho. Zgodnie z punktem III przedmiotowego zapytania ofertowego przedmiotem zamówienia jest *Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer lub równoważny*, **dedykowany producentom farb proszkowych**.

Ad. 2. Określenie „preferowane” użyte w wymaganych parametrach i elementach technicznych przedmiotu zamówienia będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów ustaloną zgodnie z punktem VII zapytania ofertowego. W przypadku, o którym mowa Zamawiający wybierze ofertę, w której liczba parametrów preferowanych będzie większa. W sytuacji takiej samej liczby parametrów preferowanych dalsze postępowanie będzie odbywało się zgodnie z punktem VII.6 niniejszego zapytania ofertowego. W związku z Państwa pytaniem dokonaliśmy zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie punktu IV, poprzez doprecyzowanie określenia “preferowany”.

Jednocześnie informujemy, że kryteria wyboru oferty zostały szczegółowo opisane w punkcie VII zapytania ofertowego.

Olsztyn, 07 maja 2018 roku