

**Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego
nr Naber Polska/8/2018/1.4.4
z dnia 15 marca 2018 roku**

dotyczącego szacowania wartości zamówienia na dostawę urządzenia laboratoryjnego (kontrolno-pomiarowego) – **Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer lub równoważny**, w ramach projektu pod nazwą „Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację wyrobów oraz dostosowanie możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień i konfekcjonowania do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z zadaniem pytaniem w dniu 22 marca 2018r., poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

PYTANIE:

Szanowna Pani,

Proszę o odpowiedź na dodatkowe pytanie:

Czy zamawiający dopuści pomiar urządzenia z manualnie zamykaną strefą pomiarową w sposób który został zaprezentowany podczas pokazu w dniu 20.03.2018 w fabryce Naber?

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że odnośnie możliwości dokonywania pomiaru nasze oczekiwania zostały wyraźnie określone w punkcie IV zapytania ofertowego i dotyczą one między innymi możliwości prowadzenia pomiaru w jednej celi pomiarowej (bez wskazywania sposobu jej zamykania). Jednocześnie informuję, że po przeprowadzeniu rozmów z uczestnikami prezentacji, która odbyła się w dniu 20 marca 2018 roku, nie uzyskałam potwierdzenia dla faktu dotyczącego prezentowania przez Pana rozwiązania z manualnie zamykaną strefą pomiarową (pokazywał Pan wyłącznie otwartą przestrzeń do badań na sucho). W związku z powyższym nie możemy odnieść się do treści postawionego pytania.

Olsztyn, 23 marca 2018 roku